



Wartungs- / Justiernachweis – 4-Gas-Messgerät

Achtung!

Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn Hauptstempel oder Sicherungsstempel verletzt oder entfernt werden.

Betreiber:

Gerätetyp: Gerät-Nr.:

Die Festlegung des Messgeräteherstellers in der Bedienungsanleitung zur Wartung sind Grundlage für die Wartungsarbeiten.

Durchzuführende Arbeiten

Wartung (alle 180 Tage)

Wartung mit Prüfgas-Justierung (alle 360 Tage)

Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen

Abgasschlauch und Messsonde reinigen und auf Beschädigungen überprüfen

Vorfilter ausbauen und reinigen

Grobfilter (Wasserabscheider) ausbauen und reinigen

Feinfilter ersetzen

Lecktestabdichtung auf Beschädigungen überprüfen

Sämtliche Kabelverbindungen auf festen Sitz überprüfen

Netzkabel einstecken, Messgerät einschalten

Überprüfung der Fehlermeldung „Messbankunterdruck zu hoch“

Drucker überprüfen und reinigen; ggf. Farbband ersetzen

Austausch des O2 - Sensors (nur wenn vom Gerät gefordert)

Prüfgas-Justierung durchführen

Verwendetes Prüfgas CO _____ % CO2 _____ % Propan _____ ppm

Bemerkungen:

Datum der erfolgten Wartung:

Nächste Wartung 180 Tage 360 Tage am:

Durchführender: Stempel

Name (Druckschrift)

Unterschrift

**Der Wartungsnachweis entspricht den Forderungen des § 6 Abs. 2 der Eichordnung.
Er ist für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.**